

吉林省康复辅助器具产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量详见表 1。

表 1 抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	三脚或多脚手杖	2 个	1 个	1 个
2	带座手杖	2 个	1 个	1 个
3	肘拐杖	2 副	1 副	1 副
4	腋拐	2 副	1 副	1 副
5	站立架	2 个	1 个	1 个

2 检验依据

表 2 三脚或多脚手杖

序号	检验项目	检验方法
1	手柄套	GB/T 19545. 4—2008
2	腿和支腿	GB/T 19545. 4—2008
3	调节装置	GB/T 19545. 4—2008
4	成品	GB/T 19545. 4—2008

表 3 带座手杖

序号	检验项目	检验方法
1	功能	GB/T 19545. 5—2021
2	手柄套	GB/T 19545. 5—2021
3	腿和支腿	GB/T 19545. 5—2021
4	调节与装配要求	GB/T 19545. 5—2021
5	折叠机构	GB/T 19545. 5—2021

表 4 肘拐杖

序号	检验项目	检验方法
1	肘托	GB/T 19545. 1—2012

序号	检验项目	检验方法
2	手柄	GB/T 19545.1—2012
3	腿部和支脚	GB/T 19545.1—2012
4	调节装置	GB/T 19545.1—2012

表 5 腋拐

序号	检验项目	检验方法
1	结构尺寸	GB/T 19545.2—2009
2	腋托和手柄	GB/T 19545.2—2009
3	支脚	GB/T 19545.2—2009
4	装配与调节要求	GB/T 19545.2—2009
5	外观要求	GB/T 19545.2—2009

表 6 站立架

序号	检验项目	检验方法
1	台面高度调节范围	GB/T 28919—2012
2	单人站立架台面最小尺寸	GB/T 28919—2012
3	扶手肘部垫宽度	GB/T 28919—2012
4	臀部、腰部固定带宽度	GB/T 28919—2012
5	膝托最小调节范围	GB/T 28919—2012
6	倾斜角度（与垂直面夹角）	GB/T 28919—2012
7	稳定性	GB/T 28919—2012

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19545.1-2012 单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 1 部分：肘拐杖

GB/T 19545.2-2009 单臂操作助行器 要求和试验方法 第 2 部分：腋拐

GB/T 19545.4-2008 单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖

GB/T 19545.5-2021 单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 5 部分：带座手杖

GB/T 28919-2012 康复训练器械 站立架

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。